



## 置換用耳小骨マイクロインプラント 一部製品納期遅れに関する報告

# 概要

製品名：置換用耳小骨マイクロインプラント

上記製品の一部品番において、納期遅れが発生しております。

項目	内容
本品の概要 (使用目的、疾患の概要等)	【使用目的】耳科手術において、消失、離断又は硬化した耳小骨の代用として用い、音の振動伝達を行う。 【使用する疾患】耳硬化症等
市場シェア	約90% (2022年度推定)
供給不安対象の品番について (対象 1 3 製品)	140076 ピ° ストループ ナイテ10.6X4.0MM 140078 ピ° ストループ ナイテ10.6X4.5MM・ 140080 ピ° ストループ ナイテ10.6X5.0MM 140082 ピ° ストループ ナイテ10.6X6.0MM 140106 シュクネヒトワイヤ-ピ° ストン 140124 シュクネヒトワイヤ-ピ° ストン0.6X4.0MM 140125 シュクネヒトワイヤ-ピ° ストン0.6X4.25MM 140126 シュクネヒトワイヤ-ピ° ストン0.6X4.5MM 140132 シュクネヒトツチコツアタッチメントピ° ストン0.6X6.0MM 140226シェア ワイヤ-ジ° ンコウアブ° ミコツ0.13X4.50MM 140229 シェア ワイヤ-ジ° ンコウアブ° ミコツ 140432 シェア ツチコツピ° ストループ ナイテ10.81X4.5MM 140434 シェア ツチコツピ° ストループ ナイテ10.81X5.0MM

078 人工骨  
(2)専用型 ①人工耳小骨

# 納期遅延期間および供給再開日程

## 【背景】

- 生産要員不足：

2022年11月以降、生産要員の追加を続けておりますが、離職や習熟の課題もあり供給不足が生じております。グローバルで納期遅延があり、国内に断続的な在庫はあるものの、解消には数か月を要する見込みです。

- 部品不足：

2023年5月に、部品不足が明らかになりましたが、こちらは解消しております。

## 【想定される納期遅延期間】

- 現時点では供給停止には至っておりませんが、供給遅延が発生している状況です。

数か月後の供給遅延解消を目指しておりますが、現状日程は不透明な状況です。



## 【対策】

- 生産要員の追加、習熟度合い向上。

# 代替品について

項目	内容
国内における代替製品の有無	自社製品：代替品なし 他社製品：代替品あり HOYA株式会社 「アパセラム耳小骨」
備考	アパセラム耳小骨： シャフトやフランジ部をトリミングすることで、患者に合った形状に加工することが可能。

# 代替品となり得る他社製品との比較

項目	オリンパス	HOYA社
使用目的	耳科手術において、消失、離断又は硬化した耳小骨の代用として用い、音の振動伝達を行うインプラントである。	欠損した耳小骨部を修復する人工耳小骨である。
製品特徴	ラインナップが豊富であり、長さや径など様々な形状があり、患者に適した選択が可能。	シャフトやフランジ部をトリミングすることで、患者に合った形状に加工することが可能。
ラインナップ (当該品比較)	140076 ピ° ストループ ナイケ10.6X4.0MM 140078 ピ° ストループ ナイケ10.6X4.5MM・ 140080 ピ° ストループ ナイケ10.6X5.0MM 140082 ピ° ストループ ナイケ10.6X6.0MM 140106 シュクネヒトワイヤーピ° ストン 140124 シュクネヒトワイヤーピ° ストン0.6X4.0MM 140125 シュクネヒトワイヤーピ° ストン0.6X4.25MM 140126 シュクネヒトワイヤーピ° ストン0.6X4.5MM 140132 シュクネヒトツチコツアタッチメントピ° ストン0.6X6.0MM 140226 シェアワイヤージ° ンコウアブ° ミコツ0.13X4.50MM 140229 シェアワイヤージ° ンコウアブ° ミコツ 140432 シェアツチコツピ° ストループ ナイケ10.81X4.5MM 140434 シェアツチコツピ° ストループ ナイケ10.81X5.0MM	アパセラム耳小骨 (T型、P・L型、C・Y型)
製品写真		

**OLYMPUS**

A thick, yellow, brushstroke-style underline that tapers at both ends, positioned directly beneath the word "OLYMPUS".